

武汉华中华能高电压科技发展有限公司

校验证书

证书编号：201611-522

设备名称： 绝缘油介电强度自动测试仪

规格型号： HNDJJ-IV

制造单位： 武汉华中华能高电压科技发展有限公司

设备编号： 098112

检定结论： 合格

核验员： _____

检定员： _____

检定日期： 2016 年 11 月 10 日

有效期至： 2017 年 11 月 30 日

地址： 武汉市友谊大道 508 号万利广场 B 座 1410 室

电话：027-86839376

传真：027-86619781

检 验 报 告

报告编号: 2013115102932

共 1 页第 1 页

产品名称 及 型 号	_____		出厂编号:	_____	
	_____		试验日期:	___ 年___月___日	
额定参数	输入电压	220V	击穿保护时间	< 0.02s	
	频 率	50HZ			
	调压容量	0.5kVA	仪器容量	1kVA	
	测量精度	<1.5%	波形畸变	< 5%	
升压速度		2.0kV/S	接地电阻	< 0.4Ω	
回零速度		2.0kV/S	限量电压	0~80kV (可调)	
外观	面 板	合格	室内温度	25℃	
	外 壳		室内湿度	85%	
	油 漆				
	零 部 件				
交流校准 检测电压	示 值 (kV)		实 测 (kV)	左 侧	右 侧
	10				
	20				
	30				
	40				
	50				
	60				
	70				
	80				
	90				
	100				
	校准器具名称: 交流高压发生器			数量: 2 只	测量精度 1.5%
测量标准精度: $U_{rel}=0.57\%$ $k=2$					
结论:	本产品经检验符合本业标准, 准予出厂				

试验:

审核:

年 月 日