

武汉华中华能高电压科技发展有限公司

检测报告

证书编号：201910-841

设备名称：发电机转子交流阻抗测试仪

规格型号：HNJZ


制造单位：武汉华中华能高电压科技发展有限公司

设备编号：543151

检定结论：合格

核验员：

检定员：



检定日期：2019 年 10 月 15 日

有效期至：2020 年 10 月 30 日

地址：武汉市友谊大道 508 号万利广场 B 座 1410 室

电话:027-86839376

传真: 027-86619781

检 验 报 告

仪器编号：096843

日期：2019 年 10 月 15 日

测试环境：温度：24℃

湿度：60 % RH

机芯定量检测

1. 模拟通道

测试员：02					测试编号：20141203			
环境 温度 (℃)	标准仪器				被测仪器			
	电压 (V)	电流 (A)	阻抗 (Ω)	功率 (W)	电压 (V)	电流 (A)	阻抗 (Ω)	功率 (W)
15	80.04	15.960	5.015	1276.8	80.00	15.968	5.010	1276.8
	160.12	31.960	5.010	5116.8	160.24	31.976	5.011	5120.0
	239.92	47.952	5.003	11504.0	240.04	47.968	5.004	11513.6
	320.00	63.992	5.001	20473.6	320.24	64.016	5.002	20496.0
	400.16	79.992	5.003	32003.2	400.44	80.024	5.004	32035.2
-10	80.12	15.992	5.010	1280.0	80.08	15.968	5.015	1276.8
	160.40	32.024	5.009	5136.0	160.24	31.968	5.013	5123.2
	240.24	48.040	5.001	11539.2	240.00	47.968	5.003	11507.2
	320.52	64.104	5.000	20540.8	320.16	64.000	5.003	20486.4
	400.96	80.136	5.003	32118.4	400.48	80.008	5.005	32032.0
60	79.72	15.976	4.990	1270.4	79.72	15.952	4.997	1270.4
	160.04	32.000	5.001	5116.8	159.84	31.952	5.003	5104.0
	239.68	48.016	4.992	11504.0	239.32	47.952	4.991	11472.0
	319.76	64.072	4.991	20480.0	319.32	63.992	4.990	20428.8
	399.92	80.104	4.993	32025.6	399.44	80.000	4.993	31942.4

2. 频率通道

测试员：02		测试编号：20141203	
频率值 (Hz)		计数 (是否正常)	
50.01		正常	

整机功能检测

测试员：09		
序号	检测项目	结论
1	参数设置、存储	正常
2	自动测试	正常
3	手动测试	正常
4	历史数据	正常
5	历史数据	正常
6	数据存储	正常
7	打印测试数据、曲线	正常
8	时钟设置	正常
9	与 PC 机通讯	正常

出厂检测结论： 