

武汉华中华能高电压科技发展有限公司

校验证书

证书编号：201507-209

设备名称：____变压器变比测试仪____

规格型号：____HNBZC-II____

制造单位：____武汉华中华能高电压科技发展有限公司____

设备编号：____BZC1507209____

检定结论：____合格____

核验员：_____

检定员：_____



检定日期：2015 年 07 月 22 日

有效期至：2016 年 07 月 31 日

地址：武汉市友谊大道 508 号万利广场 B 座 1410 室

电话:027-86839376

传真: 027-86619781

检 定 说 明

一、 外观检查：正常。

二、 检测项目

检 测 项 目		标准值		实测值	
安全性能	绝缘电阻	$>2\text{M}\Omega$		合格	
	绝缘耐压 Dielectric Withstan d	绝缘耐压		1.5KV	
	泄漏电流	$<5\text{mA}$		合格	
产品 功能 测试	试验 项目	接 法	标准变比	测量值	误 差
		II 12	1.0000	1.00 0	0.00%
		II 12	10.000	9.9975	-0.02%
		II 12	100.00	100.00	0.03%
		II 12	1000.0	999.98	-0.02%
		YD 11	通 过 PASS		
		DY 11	通 过 PASS		

三、 结论：

经检验本产品符合《DL/T 963——2005》标准，准予出厂。

检验人：_____



审核人：_____