

武汉华中华能高电压科技发展有限公司

检测报告

证书编号：201906-522

设备名称： 便携式直流电阻测试仪

规格型号： HNZT-2A

制造单位： 武汉华中华能高电压科技发展有限公司

设备编号： 096843

检定结论： 合格

核验员： 

检定员： 

检定日期：2019年06月10日

有效期至：2020年06月30日

地址：武汉市友谊大道508号万利广场B座1410室

电话：027-86839376

传真：027-86619781

检 验 报 告

仪器编号： 096843

日期： 2019 年 06 月 10 日

测试环境： 温度： 24 °C

湿度： 60 % RH

一、外观检查： 无裂痕、无划伤、字迹清晰

结果 合格

二、开机检查： 按键灵敏、显示无乱码

结果 合格

三、电阻检测 (测试设备： 标准电阻箱、准确度等级:0.02 级)

量程	标准值	显示值
20mΩ	10 mΩ	10.003mΩ
200mΩ	100 mΩ	100.04mΩ
2 Ω	1 Ω	1.0003 Ω
20 Ω	10 Ω	10.002 Ω
200 Ω	100 Ω	100.04 Ω
1kΩ	1K Ω	1.0005K Ω

检验结果： 合格



检验员： _____