

检验报告

证书编号：20171024-027

设备名称： 高压开关动特性测试仪

规格型号： HNGK-II

制造单位： 武汉华中华能高电压科技发展有限公司

设备编号： GK17102402

检定结论： 合格

核验员： 

检定员：

检定日期：2017 年 10 月 24 日

有效期至：2018 年 10 月 31 日

地址：武汉市友谊大道 508 号 万利广场 B 座 1410 室

电话：027-86839376

传真：027-86619781

检 定 说 明

产品名称: HNGK-II 高压开关动特性测试仪				
试验环境	地点:实验室	温度: 25℃		
	工作电压: AC: 220V±10%	湿度: 80%		
试 验 项 目	一、外观测量: 正常合格			
	二、时间测量:10ms~12s,时间分辨率: 0.1ms: 合格			
	三、时间测试准确度为: ±0.5%读数±0.2ms; 合格			
	四、最小动作同期差分分辨率: 0.1ms; 测试准确度为: ±0.5%读数±0.1ms; 合格			
	五、电阻测试准确度: ±2%读数±0.5Ω; 合格			
	六、线圈电流量程: 20A 分辨率: 0.01A; 合格			
	七、最大速度: 20m/s, 分辨率: 0.01m/s; 测试准确度为: ±1.0%读数±0.05m/s ; 合格			
	八、行程最小分辨率: 0.1mm; 测试准确度为: ±1.0%读数±0.1mm; 合格			
	示值(ms)		断口	实测值 (ms)
	24.67		A1	24.66
			B1	24.67
			C1	24.67
	42.36		A2	42.37
			B2	42.36
			C2	42.35
	56.22		A3	56.22
			B3	56.23
C3			56.22	
75.30		A4	75.31	
		B4	75.30	
		C4	75.30	
测量结果: 误差小于 0.5%, 符合要求				

结论:

