

武汉华中华能高电压科技发展有限公司

检测报告

证书编号：201503-625

设备名称： 绝缘电阻测试仪

规格型号： HNUT513

制造单位： 武汉华中华能高电压科技发展有限公司

设备编号： M131041947

检定结论： 合格

核验员： 

检定员： 

检定日期：2015年03月25日

有效期至：2016年03月31日

地址：武汉市友谊大道508号万利广场B座1410室

电话：027-86839376

传真：027-86619781

检定说明

环境温度： 23℃±5℃

环境湿度： <50%

耐压： 电路与机壳间施加 AV5000V 电压，承受 1 分钟。

绝缘电阻测试结果

电压	指示值	实际值	电压	指示值	实际值
500V	MΩ	MΩ	1000V	MΩ	MΩ
±10% FS	2	2.1	±10%FS	2	2
	5	5.1		5	5.1
	10	10.1		10	10.1
±5%FS	20	19.6	±5%FS	20	19.9
	50	49.8		50	50
	100	101		100	100
	200	201		200	201
	500	498		500	500
	1 (GΩ)	1.01		1 (GΩ)	1
	2 (GΩ)	2.01		2 (GΩ)	2.01
	5 (GΩ)	4.99		5 (GΩ)	5.01
±10% FS	10 (GΩ)	10.1	±10%FS	10 (GΩ)	10.1
	20 (GΩ)			20 (GΩ)	
端电压 500V		540V	端电压 1000V		1084V

电压	指示值	实际值	电压	指示值	实际值
1500V	MΩ	MΩ	2500V	MΩ	MΩ
±10% FS	10	9.7	±10%FS	10	9.1
	20	19.4		20	18.7
	50	50		50	48.9
±5%FS	100	100	±5%FS	100	98.6
	200	201		200	198
	500	502		500	496
	1 (GΩ)	1		1 (GΩ)	1
	2 (GΩ)	2.01		2 (GΩ)	2
	5 (GΩ)	5.03		5 (GΩ)	4.99
	10 (GΩ)	10		10 (GΩ)	9.97
±10% FS	50 (GΩ)	49.2	±10%FS	50 (GΩ)	49.4
	100(GΩ)	99.1		100(GΩ)	97.9
端电压 1500V		1722V	端电压 2500V		5543V
结论:		经检验合格准予出厂			
检验员:					