

武汉华中华能高电压科技发展有限公司

# 检测报告

证书编号：201509-149

设备名称：智能电导盐密测试仪

规格型号：HNSJ-II

制造单位：武汉华中华能高电压科技发展有限公司

设备编号：SJ1505129

检定结论：合格

核验员：\_\_\_\_\_

检定员：\_\_\_\_\_



检定日期：2015年09月14日

有效期至：2016年09月30日

---

地址：武汉市友谊大道508号万利广场B座1410室

电话：027-86839376

传真：027-86619781

# 检定说明

测试环境：温度： 26 ° C

湿度： 48 RH%

一、外观检查：无裂痕、无划伤、字迹清晰

结果： 合格

二、开机检查：按键灵敏、数据归零、显示无乱码

结果： 合格


三、计量检定检查

计量性能		检定结果（最大值）	结论
电子 单元 检定	电子单元重复性	0.02	符合 0.2 级要求
	电子单元引用误差	1.20	符合 1.5 级要求
	电导池常数示值误差	0.02	符合 0.2 级要求
	温度测量示值误差	0.2	符合 0.2 级要求
配套 检定	温度示值误差	0.2	符合 0.5 级要求
	仪器引用误差	-0.2	符合 0.5 级要求
	仪器重复性	-0.01	符合 0.2 级要求

四、电导池常数

$K=0.950$

检测结论：经检验本产品符合技术要求准予出厂。

检验结果： \_\_\_\_\_

检验员： \_\_\_\_\_