

武汉华中华能高电压科技发展有限公司

# 检测报告

证书编号：201505-853

设备名称： 全自动绝缘油介电强度测试仪

规格型号： HNDJJ-II

制造单位： 武汉华中华能高电压科技发展有限公司

设备编号： DJJ1505853

检定结论： 合格

核验员： \_\_\_\_\_

检定员： \_\_\_\_\_



检定日期：2015年05月15日

有效期至：2016年05月31日

---

地址：武汉市友谊大道508号万利广场B座1410室

电话：027-86839376

传真：027-86619781

# 检定说明

测试条件：环境温度： 30 °C

相对湿度： 85 %

## 1、准确度

整机精度： ±2%，升压速率： 2kV/s ±10%，连续试验次数： ≥6 次

2、工作温度： -10°C ~ +40°C

3、工作电源： 220V

测试方法 整体检定

在现场测试应遵守使用说明书规定，并按计量器具要求实施保管。

## 一、外观

表面	整洁，无划痕
按钮	灵活
接线柱	合格

## 二、全自动绝缘油介电强度测试仪主要技术参数

标准值 测量电 压×2	实测值 仪器仪表电压	标准值 测量电压×2	实测值 仪器仪表电压	附件	备注
10KV	19.8KV			全套配件	
20KV	39.7KV				
30KV	59.6KV				
40KV	79.8KV				

## 三、结论

经检验合格准予出厂

检验结果：\_\_\_\_\_



检验员：\_\_\_\_\_